Kontrollprotokoll HemoCue Hb 801

Avdeling / mottak: …….

Kontrollot / utløpsdato: …….....… Instrument serienr: ……

År:	MV($\bar{x}$)	±	Avvik fra MV i g/dL															Kommentar	
……	……	……	(-)														(+)	(kyvettelot,	
Dato:	Resultat:		1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2			rengjøring, mm):	Sign

Protokollen gjelder for HemoCue Hb 801 ved bruk av Eurotrol HemoTrol Duo. Kontrollens fasitverdi er middelverdien, x, av gjentatte analyser på fabrikkalibrerte HemoCue Hb 801 systemer. Kontrollresultatet skal ligge mellom de angitte grensene. Vanligvis får man en mindre dag-til-dag variasjon, men på grunn av matrikseffekten kan resultatet endres innenfor grensene hvis instrument, kyvettelot eller kontrollot byttes. Ved spørsmål vennligst ta kontakt med din lokale HemoCue representant eller besøk vår hjemmside hemocue.com.

NSM083NO-13 220505

HEMOCUE®