Kontrollprotokoll HemoCue Glucose 201 / 201^{+} / 201 RT

Avdeling / mottak: …….

Kontrollot / utløpsdato: ……...… Instrument serienr: ……

År:	MV ($\bar{x}$)	±	Avvik fra MV i mmol/L															Kommentar	
……	……	…..….	(-)														(+)	(kyvettelot,	
Dato:	Resultat:		1,2	1,0	0,8	0,6	0,4	0,2	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2			rengjøring, mm):	Sign

Protokollen gjelder for HemoCue Glucose 201 / 201^{+} / 201 RT ved bruk av GlucoTrol-NG nivå 1 – nivå 3. Kontrollens fasitverdi er middelverdien, $\bar{x}$, av gjentatte analyser på fabrikkalibrerte HemoCue Glucose systemer. Kontrollresultatet skal ligge mellom de angitte grensene. Vanligvis får man en mindre dag-til-dag variasjon men på grunn av matrikseffekten kan resultatet endres innenfor grensene hvis instrument, kyvettelot eller kontrollot byttes. Det finnes også en kontrollprotokoll for høyere kontrollnivåer. Ved spørsmål vennligst ta kontakt med din HemoCue representant i HemoCue Norge eller besøk vår hjemmside hemocue.com.

NSM083NO-3 140210

HemoCue®